# Caratteristiche di ossidazione dell'olio lubrificante

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

CE



IP 48

Determinzione della tendenza di un olio lubrificante a deteriorarsi per ossidazione in determinate condizioni.

**LT/TB-145000/M8**
**Bagno a secco da banco per laboratorio - IP48**

- Strumento da banco in acciaio inox con isolamento a doppia camera.
- Doppio bagno a secco in alluminio con rivestimento, dotato di 3 pozzetti di 27 mm di diametro per l'alloggiamento di provette, isolato e dotato di resistenze elettriche che garantiscono uniformità e stabilità.
- Coperchio superiore dotato di blocco centrale di misurazione della temperatura in lega di alluminio per l'inserimento del termometro.
- Temperatura controllata da un doppio termoregolatore digitale con funzioni PID che controlla la temperatura tramite un sensore PT100 di classe A nell'intervallo da temperatura ambiente a +200 °C, con risoluzione di 0,1 °C e stabilità di +/- 0,1 °C.
- Piastra di fissaggio e collettore.
- 6 flussimetri con intervallo da 1,6 a 16 nL/h e manopola di regolazione ad ago.
- Attacco rapido per linea di alimentazione esterna dell'ossigeno.
- Allarme di sovratemperatura impostabile manualmente.
- Supporti laterali esterni per 6 tubi di assorbimento e tubi di collegamento in silicone.

**Accessori**

- 2129: colonna Fresenius riempita con ovatta sintetica e con tubi di collegamento in silicone.
- 1283: contenitore e coperchio dell'olio in vetro.



2129